

情况说明

叶城县政府采购中心：

我单位负责实施的“叶城县全智能化预防接种门诊建设设备及系统采购项目（四次）（项目编号：KSYCX(GK)2025-14-03）”于2026年4月3日发布采购公告，现因对采购文件进行了调整优化，需要对谈判文件进行部分调整，具体如下：

第五章 需求一览表 第22项 医用等离子空气消毒器：

变更前	22	医用等离子空气消毒器	1、风量 $>1200\text{m}^3/\text{h}$ (需要提供测试报告)；适用空间： $\geq 120\text{m}^3$ ； 2、对白色葡萄球菌的杀灭率 $\geq 99.9\%$ ，对空气中自然菌的消亡率 $\geq 90\%$ ，工作噪音 $\leq 60\text{dB}$ ”； 3、★规范资质要求：消毒产品须完成全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，提供备案凭证；生产企业须具备有效的消毒产品生产企业卫生许可证、医疗器械生产许可证、ISO13485质量管理体系认证证书；提供具有CMA资质的第三方机构出具的风量、消毒效果检测报告”。		
变更后	22	医用等离子空气消毒器	1、风量 $>1200\text{m}^3/\text{h}$ (需要提供测试报告)；适用空间： $\geq 120\text{m}^3$ ； 2、对白色葡萄球菌的杀灭率 $\geq 99.9\%$ ，对空气中自然菌的消亡率 $\geq 90\%$ ，工作噪音 $\leq 60\text{dB}$ ”； 3、★规范资质要求：消毒产品须完成全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，提供备案凭证；生产企业须具备有效的消毒产品生产企业卫生许可证、医疗器械生产许可证、ISO13485质量管理体系认证证书；提供具有CMA资质的第三方机构出具的风量、消毒效果检测报告”。	4	台

特此说明。

叶城县疾病预防控制中心(卫生监督所)

2026年4月17日

