



新疆同孚招投标有限公司

Xinjiang Tongfu Bidding Co., LTD

公开招标文件

同孚

项目名称：乌鲁木齐市水磨沟区人民医院医疗设备项目

项目编号：XJTF(GK)2026ZF43

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 投标邀请 | 1 |
| 第一部分 投标须知前附表 | 5 |
| 第二部分 招标说明 | 15 |
| 第一章 总则 | 15 |
| 第二章 招标文件 | 17 |
| 第三部分 投标说明 | 19 |
| 第一章 投标人的资格证明 | 19 |
| 第二章 投标文件的编写 | 19 |
| 第三章 投标文件的递交 | 23 |
| 第四章 评标委员会 | 24 |
| 第五章 开 标 | 25 |
| 第六章 评 标 | 27 |
| 第七章 定 标 | 31 |
| 第八章 授予合同 | 32 |
| 第四部分 采购需求 | 34 |
| 第五部分 合同部分 | 35 |
| 第六部分 投标文件格式 | 51 |

投标邀请

乌鲁木齐市水磨沟区人民医院医疗设备项目公开招标公告

项目概况

乌鲁木齐市水磨沟区人民医院医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台 <http://www.zcygov.cn> 获取招标文件，并于 2026 年 05 月 15 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTF(GK)2026ZF43

项目名称：乌鲁木齐市水磨沟区人民医院医疗设备项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1177000

最高限价（元）：/,/,/

采购需求：

标项一

标项名称：肺功能仪

数量：1

预算金额（元）：700000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备 1 台，具体采购要求详见招标文件
备注：

标项二

标项名称：牙科 X 射线机及影像版扫描系统等

数量：1

预算金额（元）：215000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备 1 批，具体采购要求详见招标文件
备注：

标项三

标项名称：多道睡眠检测仪等

数量：1

预算金额（元）：262000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备 1 批，具体采购要求详见招标文件
备注：

合同履行期限：标项 1、2、3，以签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2、3：本项目为专门面向中小企业采购的项目；
3. 本项目的特定资格要求：

【标项 1、2、3】

所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品不属于医疗器械的可不提供以上内容。

三、获取招标文件

时间：2026 年 04 月 15 日至 2026 年 04 月 23 日，每天上午 00:00 至 14:00，下午 14:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn>

方式：线上报名及获取采购文件。供应商登陆政采云账户（网址：<https://www.zcygov.cn/>），在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话 95763）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 05 月 15 日 11:00（北京时间）

投标地点：将投标文件上传至政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2026 年 05 月 15 日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信 CA 服务热线 0991-7810912；翔晟 CA 服务热线 025-66085508；新疆 CA 服务热线 4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。

4、其他事项：（1）如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

（2）供应商应当在磋商截止时间前，将生成的“电子加密响应性文件”上传递交至“政府采购云平台”，磋商截止时间以后上传递交的响应性文件将被“政府采购云平台”拒收；

（3）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），磋商时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子响应性文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应性文件的解密时间定为 30 分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担；

（4）供应商登录政采云平台，在磋商时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密电子响应性文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用

综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：乌鲁木齐市水磨沟区人民医院

地址：乌鲁木齐市六道湾路 340 号

联系方式：0991-7714576

2. 采购代理机构信息

名称：新疆同孚招投标有限公司

地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦 17 楼 G 座

联系方式：0991-4832223 转 8007

3. 项目联系方式

项目联系人：孙义康

电话：0991-4832223 转 8007



第一部分 投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 项目编号 | XJTF(GK)2026ZF43 |
| 2 | 项目名称 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民医院医疗设备项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民医院 采购单位地址：乌鲁木齐市六道湾路 340 号 联系人：张老师 联系电话：0991-7714576 招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦 17 楼 G 座 项目联系人：孙义康 联系电话：0991-4832223 转 8007 联系邮箱：sunyikang@xjtfzbtb.com |
| 4 | 采购内容及预算金额 | 标项一：肺功能仪 预算金额（元）：700000 标项二：牙科 X 射线机及影像版扫描系统等 预算金额（元）：215000 标项三：多道睡眠检测仪等 预算金额（元）：262000 |
| 5 | 核心产品 | 标项一：为单一产品采购 标项二：牙科 X 射线机及影像版扫描系统 标项三：多道睡眠检测仪 |
| 6 | 投标资格 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2、3：本项目为专门面向中小企业采购的项目； 3. 本项目的特定资格要求：【标项 1、2、3】所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品不属于医疗器械的可不提供以上内容。 |
| 7 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问 |

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 招标文件发放时间及地点 | 时间：2026年04月15日至2026年04月23日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云平台 http://www.zcygov.cn |
| 10 | 标书售价 | 人民币0元 投标资格不能转让。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2026年05月15日11:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交及开标地点 | 递交：将投标文件上传至政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收） 开标：政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 不见面开标大厅 |
| 13 | 投标有效期 | 九十天 |
| 14 | 质保期限 | 自货物验收合格之日起质保叁年（含叁年）以上。（招标文件第四部分“采购需求”另有规定，执行招标文件第四部分“采购需求”中规定） |
| 15 | 供货期限 | 合同签订后30个日历日内（以签订合同为准） |
| 16 | 交货地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标保证金 | 一、缴纳方式及账号： |

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>1. 电汇、网银转账或保函</p> <p>2. 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆同孚招投标有限公司 开户行：中国建银行股份有限公司乌鲁木齐新华南路支行 行号：105881000868 账号：65001617600052501876 注：汇款单上需注明项目编号、标项序号（包号） 例：XJTF(GK)2026ZF43 标项一/二/三 保证金/服务费</p> |
| | | <p>二、缴纳金额</p> <p>标项 1（小写）：<u>13943 元</u> （大写）：<u>壹万叁仟玖佰肆拾叁元整</u></p> <p>标项 2（小写）：<u>4243 元</u> （大写）：<u>肆仟贰佰肆拾叁元整</u></p> <p>标项 3（小写）：<u>5143 元</u> （大写）：<u>伍仟壹佰肆拾叁元整</u></p> |
| | | <p>三、到账截止时间：同投标截止时间</p> |
| | | <p>四、备注</p> <p>1. 投标保证金以网银转账递交的必须由投标供应商的企业账户汇出（个体工商户、自然人除外），并汇入招标文件中提供的投标保证金缴纳账户中，如未从企业账户中缴纳的投标保证金视为无效保证金。</p> <p>2. 投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。</p> <p>3. 打款时须注明项目编号，打款完成后不开具相关的投标保证金收据，退还时也无需提供相关收据。</p> |


| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>4. 采用电子保函形式应按以下要求办理：</p> <p>(1) 电子保函按照“一项目一保函”的原则。</p> <p>(2) 电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。</p> <p>(3) 电子保函办理按照《（新财购（2023）25号、新财购（2023）26号）规定办理。</p> <p>具体办理流程：登录新疆政府采购网，进入“电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。（备注：供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支持方：400-903-9583）</p> |
| 19 | 电子投标文件须知 | <p>☑采用不见面开标：</p> <p>1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。</p> <p>2. 各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。</p> <p>3. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；</p> <p>4. 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；</p> <p>5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览</p> |

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>器或谷歌浏览器), 开标时登录政采云平台, 在“项目采购-开标评标”功能中, 使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内, 若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密, 后果由供应商自行承担。</p> <p>6. 供应商登录政采云平台, 在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的, 视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。</p> |
| 20 | 投标文件的签署规定 | <p>1. 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。</p> <p>2. 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删, 应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则, 在评标时将其视为无效投标。</p> |
| 21 | 投标文件格式 | <p>1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。</p> <p>2. 如招标文件没有提供格式的, 投标人可自行设置。</p> <p>3. 投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。</p> <p>4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。</p> |
| 22 | 付款方式及币种 | <p>1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。</p> <p>2、付款方式: 备注: (最终付款方式以和甲方单位签订合同为准)</p> |
| 23 | 投标费用 | <p>不论投标的结果如何, 投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。</p> |
| 24 | 招标代理服务费 | <p>1、代理报酬的计算方法: 国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)和国家发改价格【2011】534 号文件规定的服务费取费下浮 60%收取。</p> <p>2、代理报酬支付方式: 由中标人支付。</p> <p>3、代理报酬的支付时间: 由中标人领取中标通知书时支付。</p> |

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4、代理报酬的支付账号：同投标保证金缴纳账号。 |
| 25 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | <p>1. 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>2. 政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定：</p> <p>（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值\times50%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价\times50%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价\times45%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 <p>相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。</p> <p>（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p> <p>评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行</p> |

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> |
| 26 | 政府采购政策支持 | <p>节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。</p> <p>1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。标的即为采购清单（采购目录）中各项产品。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业；从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>（1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；</p> <p>（2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。</p> <p>2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。</p> <p>3、政府采购优先采购：（1）非标记★符号的节能产品；（2）环境标志产品；</p> <p>采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：</p> <p>投标文件中所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材</p> |

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>料，否则不予认定。</p> <p>4、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：</p> <p>（一）出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第六章投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。</p> |
| 27 | 质疑须知 | <p>接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位</p> <p>接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司</p> <p>联系电话：0991-4832223转8007</p> <p>地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座</p> |
| 28 | 公告发布媒体 | <p>新疆政府采购网</p> <p>http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html</p> |
| 29 | 退还保证金说明 | <p>一、退还保证金说明</p> <p>1. 未中标单位：自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内退还；</p> <p>2. 中标单位：中标（成交）单位需在中标通知书发出之日起30</p> |

| 序号 | 名称 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|---------|--|---------|--|------|--|-------------|--|------|--|--|--|----|--|--|--|------|--|-----|--|------|--|--|--|
| | | <p>日内与采购单位签订采购合同（除不可抗力因素外），并将签订的完整版合同交由招标代理公司 1 份后退还（原件或电子清晰扫描件均可发至负责人邮箱。</p> <p>3. 中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书后 2 日内，应将拟定的初稿政采合同电子版发送至采购人邮箱并及时取得联系。</p> <p>二、中标（成交）服务费需开发票时请提供以下资料：</p> <p>1. 普通发票：开票时间工作日，开票信息和接收发票的邮箱号 money@xjtfzbtb.com；开票信息发送邮箱后，请及时联系财务；</p> <p>2. 专用发票：开票时间工作日，每月 16 日至 25 日；一般纳税人资格认定表复印件、开票信息及联系人手机号；</p> <p>3. 服务费到账后开具相应发票，开票资料发至邮箱。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>1. 请仔细填写表格、扫码并发送邮件</p> <p>2. 表格内容要填写准确，否则会影响电子发票开具及接收</p> <p>3. 此表按要求填写后发送至：money@xjtfzbtb.com</p> <p>4. 请于每年 12 月 25 日前开具发票</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 开具电子发票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">单位名称</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>标书款（金额）</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 20%;">服务费（金额）</td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>支付方式</td> <td></td> <td>发票类型（专票或普票）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支付时间</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>邮箱</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>联系方式</td> <td></td> <td>联系人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>项目编码</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> | 单位名称 | | | | 标书款（金额） | | 服务费（金额） | | 支付方式 | | 发票类型（专票或普票） | | 支付时间 | | | | 邮箱 | | | | 联系方式 | | 联系人 | | 项目编码 | | | |
| 单位名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 标书款（金额） | | 服务费（金额） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付方式 | | 发票类型（专票或普票） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 邮箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系方式 | | 联系人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>请扫描下面开票二维码 扫一扫 开发票</p> <div style="text-align: center;">  </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>微信和支付宝 扫码都可以</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>三、相关人员</p> <p>联系电话：0991-4833033（陈女士、甄女士）</p> <p>财务办公室：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座</p> |
| 30 | | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |
| 备注 | | <p>1、招标文件中部分加“*”、“★”、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。</p> <p>2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。</p> |
| <p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p> | | |



第二部分 招标说明

第一章 总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3. 本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac 地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5. 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

(1) 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

(2) 投标人拒绝修正错误的；

(3) 投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

(4) 投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6) 其他违反相关法律法规规定的行为的；

(7) 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

6. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

7. 定义

下列术语和缩写的定义为：

7.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

7.2 “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

7.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

7.4 “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

7.5 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

7.6 “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

7.7 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

7.8 “电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制的投标文件加密标书及与加密标书同时生成的备份标书。

7.9 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

7.10 “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

7.11 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

7.12 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

7.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

7.14 “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

7.15 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

7.16 “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

8. 投标费用

8.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

8.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第二章 招标文件

9. 招标文件说明

9.1 招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

9.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

10. 招标文件的修改或补充

10.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内发布公告，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

10.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

11. 质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。



同孚
TONGFU

第三部分 投标说明

第一章 投标人的资格证明

1. 投标人的资格证明

- 1.1 投标人的资格条件见投标人须知前附表。
- 1.2 投标人投标文件中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。
- 1.3 所有资格证明文件的复印件（扫描件）须加盖公章。
- 1.4 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章 投标文件的编写

2.1 投标人应仔细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2 允许投标人对本招标文件中的所有标项投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部标项进行投标，但不允许投标人对某一标项中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有标项的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

- 3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
- 3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成及编制

4.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1 报价要求响应文件：

★(1) 开标一览表

★(2) 明细报价表

4.1.2 资格响应文件：

★(1) 供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.3 商务技术响应文件：

★(1) 投标函

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书

(3) 商务条款偏离表

(4) 符合政府采购政策的证明材料

- (5) 投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料
- (6) 货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案
- (7) 技术条款偏离表
- (8) 投标人售后服务承诺
- (9) 用于本项目人员简历表
- (10) 投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料
- (11) 供应商认为需提供的其他资料

4.2 电子投标文件的编制

4.2.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.2.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

4.2.3 电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

4.2.4 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.2.5 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

★4.3 投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

- (1) 未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
- (2) 供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.4 在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.5 供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

见投标须知前附表。

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。

6.6 投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7 投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

(1) 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

(2) 招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

(3) 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

(4) 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应，本项目不接受选择性投标，不接受备选方案。

7.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

- (1) 货物主要技术及性能特点的详细描述；
- (2) 货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；
- (3) 一份保证服务正常和连续运转所需要的备件和专业工具的详细清单，包括供货来源信息。

7.4 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址，无商标，无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表

10. 投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2 投标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3 投标人以支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，必须从投标人账户转出，须于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆同孚招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及标项号）。

11.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内无息退还。

11.5 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后 5 个工作日内无息退还，中标企业退还保证金前，需将采购合同彩色扫描件电子版发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版打印件。

11.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

- (1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；
- (2) 投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；
- (3) 中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；
- (4) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (5) 打架斗殴，扰乱标场秩序；
- (6) 中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1 任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

13. 投标截止时间

13.1 投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2 投标截止时间以政采云中心政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1 投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。

14.2 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为准。

第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2 评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共五名以上人员组成。

15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- (1) 招标目的；
- (2) 招标项目的范围、性质；
- (3) 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。

15.7 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开 标

16. 开标

16.1 本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2 本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.3 电子招投标的应急措施

16.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.3.2 与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

16.3 投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段 10 分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

16.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

资格审查内容如下：

17.1.1 信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

17.1.2 对投标人资格响应文件进行审查

资格审查表

| 审查内容 | | 审查标准 | 投标企业名称 | | |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | ... |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； | | | |
| 2 | 健全的财务会计制度 | 提供半年内任意一个月财务报表或上年度财务审计报告（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； | | | |
| 3 | 缴纳税收 | 提供依法缴纳税收证明（近半年内任意一月），当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； | | | |
| 4 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）； | | | |
| 5 | 履行合同所必需的设备 and 能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； | | | |
| 6 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | | | |
| 7 | 其他特定资格证明 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；所投产品不属于医疗器 | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| | | 械的可不提供以上内容。 | | | |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业。 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 | | | |
| 资格审查结果 | | | | | |
| 不通过理由说明 | | | | | |

因财务审计报告出具需要时间，投标截止日在 1-4 月份可使用上一年度出具的前一年度的财务审计报告。

审查项目有一项不满足则结论为不合格。

17.3 已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

第六章 评 标

18. 评标依据

18.1 评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1 为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2 答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7 对投标文件满足招标文件条款的审查：

(1) 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件是否满足招标文件的格式要求；

(2) 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

(3) 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

(4) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| | 评审内容 | 投标企业名称 | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | ... |
| 1 | 投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章； | | | | |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求； | | | | |
| 3 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； | | | | |
| 4 | 按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证； | | | | |
| 5 | 提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明：一类产品的医疗器械需提供备案证明、产品厂家第一类医疗器械生产备案凭证；二类和三类产品的医疗器械需提供产品注册证、产品厂家生产许可证；不属于医疗器械管理的需提供相应说明材料； | | | | |
| 6 | 投标文件按照要求签署、盖章； | | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 7 | 投标报价在采购预算（最高限价）以内； | | | | |
| 8 | 投标人所报供货期限未超过招标文件规定期限； | | | | |
| 9 | 满足招标文件规定质保年限（以售后服务承诺书附件 3-10 为准）； | | | | |
| 10 | 其他。 | | | | |
| 审查结果 | | | | | |
| 不通过理由说明 | | | | | |

审查项目有一项不满足则结论为不合格。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.8 政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%；
3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；
4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

21.9 对于非专门面向中小企业的项目，评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当**同时符合**以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

（四）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。

21.10 在前款基础上，评标委员会将根据政府采购政策支持节能、环保产品优先采购政策等进行评审。

说明：1. 若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次认定。

2. 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，该产品不进行认定。

21.11 评标委员会将根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》三、对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞

争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

22. 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1 当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

第七章 定 标

23. 定标标准

23.1 合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2 如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1 中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2 如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.3 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

28 中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

29 中标人将政府采购合同扫描件于签订合同之日起2个工作日发送到本项目招标代理机构联系邮箱以进行备案留存。

十二、保密和披露

30. 保密和披露

30.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

30.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

30.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。



同孚
TONGFU

第四部分 采购需求

- 1、设备商向设备购买方提供设备信息与 PACS、LIS 手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。（不另行收费）
- 2、设备原代码及维修密码无条件开放。
- 3、提供设备零配件报价表。
- 4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。
- 5、提供易损件价格报价表。
- 6、提供一次性医用耗材价格报价表。
- 7、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。
- 8、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
- 9、本项目为交钥匙工程。
- 10、带★参数均为重要参数，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将作无效标处理。
- 11、售后服务 2 小时做出响应，24 小时内抵达现场。
- 12、下述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。



(一) 采购清单

| 标项 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元) | 备注 |
|----|----|------------------|----|----|----|--------------|--------------|-----|
| 一 | 1 | 肺功能仪 | 1 | 台 | 国产 | 70 | 70 | |
| 二 | 1 | 牙科 X 射线机及影像版扫描系统 | 1 | 套 | 国产 | 4 | 4 | |
| | 2 | 动态血压、心电检测仪 (托 5) | 1 | 套 | 国产 | 17.5 | 17.5 | 二合一 |
| 三 | 1 | 多功能电离子手术治疗机 | 1 | 台 | 国产 | 0.7 | 0.7 | |
| | 2 | 医用光学放大镜 (伍德灯) | 1 | 台 | 国产 | 0.2 | 0.2 | |
| | 3 | 艾灸排烟系统 (1 托 2) | 2 | 套 | 国产 | 2 | 4 | |
| | 4 | 沙疗床 | 2 | 床 | 国产 | 1 | 2 | |
| | 5 | 明火无烟艾灸仪 (单头) | 2 | 台 | 国产 | 1.5 | 3 | |
| | 6 | 多道睡眠检测仪 | 3 | 台 | 国产 | 3.3 | 9.9 | |
| | 7 | 轮椅 | 3 | 台 | 国产 | 0.3 | 0.9 | |
| | 8 | 助行器 | 14 | 台 | 国产 | 0.35 | 4.9 | |
| | 9 | 坐式体重计 | 1 | 台 | 国产 | 0.6 | 0.6 | |



(二) 技术要求:**标项一:肺功能仪 预算金额(元):700000****1、肺功能测试系统技术参数****一、设备基本要求**

适用范围:成人,儿童,婴幼儿及早产儿,用于满足各年龄段健康体检和呼吸道及肺部各基础功能评估。

二、设备测试功能要求**1、肺功能检查**

- 1) 可完成肺弥散功能、肺通气功能
- 2) 肺残气功能、
- 3) 流速/容量环、
- 4) 慢肺活量 v_{cmax} 、
- 5) 每分钟最大通气量 M_{VV}
- 6) 呼吸肌力
- 7) 快速阻断法气道阻力
- 8) 具有振荡模块(呼吸阻抗综合测量),标准非伪随机振荡信号
- 9) 肺通气功能检查儿童板块

2、支气管试验

- 1) 舒张试验
- 2) 吸药前后肺功能对比
- 3) 药物使用效果评定
- 4) 气管激发试验(气道过敏测试系统)

3、指标参数(包括但不限于以下参数)

一口气法弥散量 D_{LCO-SB} 、一氧化碳校正弥散量(血红蛋白校正) $D_{LCOc-SB}$ 、比弥散 K_{CO-SB} 、Hb、氮稀释法肺总量 TLC 、 K_{COc-SB} 、氮稀释法功能残气 FRC 、氮稀释法残气量 RV 、氮稀释法残总比 RV/TLC 、氮稀释法功能残位 FRC/TLC 、 $TLC-SB$ 、 $FRC-SB$ 、吸入的氮浓度、吸入的一氧化碳浓度、肺泡气的一氧化碳浓度、肺泡气的氮气浓度、死腔(VD)、最大吸气肺活量 VC_{in} 、最大呼吸肺活量 VC_{ex} 、最大肺活量 VC_{max} 、补吸气量 IRV 、补呼气量 ERV 、潮气量 VT 、深吸气量 IC 、呼吸频率 BF 、支气管激发 PD_{20} 、静息每分通气量 MV 、每分最大自主通气量 MVV 、用力肺活量 FVC 、 $BF-MVV$ 、 $VR\%$ 、一秒量 FEV_1 、呼气 0.75s, 2s, 3s, 6s 量($FEV_{.75}$, FEV_2 , FEV_3 , FEV_6)、 FEV_{*30} 、 MVV/FEV_1*30 、 $CHG\%$ 、一秒率 $FEV_1\%FVC$ 、婴儿潮气环分析 VT/kg 、 MV 、 RR 、 Ti/Te 、气道阻力 R_{occ} 、气道传导率 G_{occ} 、肺泡压 Pa_{lv} 、肺泡容积 Va_{lv} 、呼吸肌力

MV, VT, BF, P. 1MAX, PO. 1/PO. 1max, PIMAX, P. 1/PI, PEMAX。

口腔闭合压测定: PO. 1、PO. 1max、最大呼气峰流速 PEF、用力呼气 25%, 50%, 75% 的流速 MEF25, MEF50, MEF75、脉冲振荡模块包括如: 5HZ、10HZ、20HZ、R5HZ、R10HZ、R20HZ、X20、fRes 等、内呼吸法弥散残气: 参数包含 DLCO-IB, DLCOc-IB, TLC-IB, FRC-IB

三、设备性能要求

1. 流量传感器

a) 具有超声流量传感器流量范围: 0 - 20 L/s,

b) 容积范围: 0 - 20 L, 精度 $\leq \pm 3\%$

c) 集成一体式传感器, 可同时进行通气及弥散残气项目检测, 无需关闭检测气

d) 采用一次性使用呼吸过滤器

e) 本设备不需要专用耗材

2. He (氦气) 和 CO (一氧化碳) 的混合一瓶气体作为弥散残气的测试气体

红外 CO 气体分析器:

a) 测量范围: 0 - 0.3% CO (一氧化碳);

b) 测量精度: $\leq \pm 1\%$

药物雾化模块:

a) 雾化颗粒: 5 微米以下颗粒 \geq 总量的 67%

软件部分要求:

a) 软件模块: 肺功能软件平台, 通气模块, 婴幼儿潮气模块, 药物雾化模块, 弥散残气模块, 呼吸力学模块。

3. 其他性能要求

a) 具有自动校准功能, 也可手动定标

b) 内置环境参数测量模块进行 BTPS 或 STPD 校正

c) 支持一口气法和内呼吸法

d) 快速阻断法气道阻力包含 Rocc、Gocc 等

e) 呼吸肌力测试包含 PImax, PEmax 等

四、软件分析功能

1. 软件分析功能

a) 具有多种通用的预计值, 也支持自定义预计值

b) 具有最新的综合预计值方案

c) 测试期间实时数据显示

d) 软件能智能判断测试结果是否符合质控要求

- e) 软件自带“标准分数”辅助判断功能
- f) 软件自带脱机测试模拟
- g) 软件自带警示提醒
- h) 测试图形可调整长宽比例

2. 数据管理

- a) 可自定义编辑报告模板和数据输出格式
- b) 要求与医院 HIS 系统连接或建立工作站
- c) 提供 GDT（文本格式）接口数据识别文件

五、辅助设备

一、设备配置要求：

1. 计算机系统：液晶显示器 ≥ 23 寸，配备工作站电脑 win10 系统及以上，处理器 i5 及以上，内存 $\geq 16G$ ，固态硬盘 $\geq 500G$ ，配备打印机。
2. 需提供药监局设备备案证明文件。



标项二:牙科 X 射线机及影像版扫描系统等 预算金额(元):215000

1、牙科 X 射线机和牙片宝技术参数

1、牙科 X 射线机参数

产品名称: 高频移动式牙科 X 射线机

技术参数

- 1、▲管电压: 70kVp、65kVp、60kVp 等多档可调; 管电流: 7mA、4mA 等多档可调;
- 2、固定模式: 65kV/5mA;
- 3、曝光时间: 0.05S~2.00S;
- 4、球管垂直移动范围 $\geq 900\text{mm}$, 前后移动范围 $\geq 900\text{mm}$;
- 5、具有曝光剂量显示及管电流自动调整;
- 6、焦皮距 $\geq 200\text{mm}$;
- 7.工作电压: 220V, 50Hz;
- 8.输出功率: 约 1200W;
9. X 射线发生器工作频率 $\geq 200\text{kHz}$;
10. 占空比: 1:30;
11. X 射线泄露辐射 $\leq 0.14\text{mGy/h}$ (70kV/7mA);
12. 焦点尺寸 $\leq 0.4\text{mm}$;
13. 辐照区域(圆直径) $\leq 60\text{mm}$ 。

影像板扫描仪(牙片宝)参数

1. 影像板型号: 0#, 1#, 2#, 3#
2. 分辨率: $\geq 141\text{p/m}$
3. 像素尺寸 $\leq 35\ \mu\text{m}$
4. 灰度值: 16bits
5. 无损非挤压进片方式

6. 通讯接口：USB
7. 电源：220V(AC), 50Hz
8. 支持操作系统：Windows7 及以上系统(x64)
9. 软件功能：支持患者影像归档；支持局部放大、缩放、旋转、亮度调节、对比度调节、距离测量、角度测量、文字标注等图像处理以及图像打印操作；图像支持 bmp、dcm、dcmdir 等格式进行导出到本地进行保存
10. 配电脑一套

2、动态心电血压记录仪技术参数

一、心电信息管理系统技术参数：

- 1、具备B/S和C/S两种架构方式，具有WEB报告发布功能。
- 2、具有不同层级用户的权限管控。
- 3、具有总院各科室、分院及社区医院等多场景部署，兼容第三方电生理设备数据交互，支持报告单电子签名、多级审核流程及全院报告共享。可统一管理并归档的电生理设备类型，包括但不限于静态心电、运动平板、脑电图、肌电图、TCD、Holter、动态血压、睡眠监测等设备。
- 4、具有远程会诊功能。
- 5、具有危急值闭环管理功能，包括危急值上报、处理跟进及全流程数据统计等功能。
- 6、具有按登记顺序自动排队叫号功能，可设置急诊优先及人工干预调整；配备大屏幕液晶显示与语音呼叫功能，具有显示内容及风格定制功能，可按心电、电生理等检查类型分队列独立呼叫。

二、动态心电血压分析软件技术参数

- 1、分析软件支持动态血压数据导入动态心电报告，生成动态血压+动态心电二合一整合数据报告；支持独立心电分析、独立血压分析及心电血压关联同步分析；可完成1-30天动态心电数据分析；同步关联多种体位与运动状态信息综合研判。分析软件兼容院内原有动态心电、动态血压分析软件，数据可直接导入本系统开展分析。
- 2、软件配备心电血压结合报告界面，可显示24小时心电与血压趋势，每次血压测量均提供同步心电图对照。
- 3、支持动态心电与动态血压同步分析；提供心电血压整体报告页，汇总统计心电、血压等分析结果。
- 4、具有散点图分析功能，涵盖时间散点图、单象限散点图、四象限散点图、差值散点图等；具有散点图逆向编辑功能，可从总模板/任意子模板进入编辑界面。
- 5、具有心搏叠加显示窗口，可对叠加窗口内心搏进行重新归类编辑。
- 6、具有反混淆及心搏叠加分析功能，可按需选择叠加心搏数量。
- 7、具有独立房颤、房扑分析功能，提供时间-RR间期能量谱图、P波瀑布图、RR间期趋势扩展图等。

- 8、具有 ≥ 12 导联ST段扫描分析功能，输出分析报告，自动判别ST段抬高/压低类型并计算心肌缺血总负荷；支持ST段重新扫描，可对24小时内任意导联、任意时段心电图二次扫描，重置分析参数与基线参照点。
- 9、具有心率变异性分析功能，含时域、频域及LORENZE散点图分析维度。可输出5分钟、24小时心率变异性分析数据及对应统计图表。
- 10、具有心率震荡分析、心向量分析、心室晚电位分析、T波电交替分析、QT间期分析、心率减速度DC与DRs分析、睡眠呼吸暂停综合征分析等功能。
- 11、可提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、饼图，可计算每小时平均血压、血压速率乘积，同步生成收缩压、舒张压及心率离散图等。
- 12、具有白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色标注对应分析时间段。
- 13、具有自定义图表颜色功能，可设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等显示颜色。
- 14、具有血压比较分析功能，可对多组血压数据对照分析。
- 15、具有显示每组血压测量对应的脉搏波形功能，可对测量数据确认和二次编辑修正。
- 16、可对24-72小时血压趋势图分析。
- 17、具有儿童动态血压分析功能，根据儿童年龄、身高、体重、性别，自动切换匹配对应儿童血压参考标准。
- 18、具有5种体位信息记录与分析功能。
- 19、具有晨峰血压分析功能。
- 20、具有清晨血压分析功能。

三、动态心电血压记录仪技术参数（记录器数量：5台）

- 1、心电导联：标准Wilson导联体系，10电极12导联，兼容3通道心电记录，3导、12导联二合一；
- 2、工作模式：动态心电血压二合一、单心电、单血压；
- 3、提供心电事件触发血压测量技术，触发条件：停搏、室早、房早、心动过速、心动过缓等事件；
- 4、记录仪具备无线蓝牙传输模块。设备支持遥测心电和动态心电两种工作模式，并通过蓝牙连接实现以下功能：波形预览、参数设置、时间同步、启动记录、自动触发事件和手动触发事件传送至手机或其他蓝牙设备。
- 5、内置加速传感器实现体位与运动状态追踪分析；
- 6、采样率： $\geq 32000\text{Hz}$ ，起搏检测：独立起搏通道采样 ≥ 32000 点；频响范围：0.05-240Hz；
- 7、极化电压： $\pm 500\text{mV}$ ；通道输入阻抗： $\geq 30\text{M}\Omega$ ；动态输入范围： $\geq 500\text{mV}$ ；
- 8、共模抑制比： $\geq 100\text{dB}$ ；记录器存储频率为250-1000Hz；A/D转换精度： ≥ 24 位
- 9、定时误差：24h内总的误差 $\leq 10\text{s}$
- 10、使用带有NFC识别功能的智能手机，可自动识别记录器序列号；
- 11、记录器24小时心电数据通讯时间 ≤ 10 秒。
- 12、数据回放：USB2.0通讯电缆、USB3.0读卡器、无线蓝牙等传输方式；
- 13、存储容量： $\geq 8\text{GB}$ ，可扩展到32GB；
- 14、彩色显示屏 ≥ 1.4 英寸；同屏显示 ≥ 3 通道波形、实时时钟、记录时间、工作模式、电池电量等信息；

- 15、节能模式：记录器正常工作后，液晶屏自动关闭；
- 16、自动检测导联线连接质量，提示报警导联脱落；
- 17、自动检测电池电量，提示报警电池电量不足；
- 18、具备特殊事件按钮；
- 19、血压测量方法：示波震荡法；
- 20、测量范围：收缩压60-255mmHg，舒张压：20-195mmHg，心率范围：40-200bpm；
- 21、血压精确度 $\leq \pm 3\text{mmHg}$ ；
- 22、血压测量采用全信息采集记录技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的血压脉动波形，实现对动态血压测量数据的二次精准分析；
- 23、支持体位和运动信息连续记录，记录仪参数设置界面可直观显示体位和运动状态校准功能。
- 24、具备儿童动态血压测量模式，根据儿童的年龄特征自动切换儿童血压参考标准；
- 25、测量间隔：提供5、10、15、20、30、45、60、120分钟等多种测量间隔；
- 26、血压测量失败后具有3分钟内自动重测功能；
- 27、电池供电：2节AA电池，支持记录中更换电池续记功能；
- 28、使用年限：10年。
- 29、配备一台电脑、打印机一套



标项三:多道睡眠检测仪等 预算金额(元):262000

1、多功能电离子手术治疗机技术参数

一、总体要求

- 1、触笔式操作,可连续、断续工作。
- 2、设有长火、短火,可适应治疗不同病种的需要。
- 3、输出功率连续可调。
- 4、金属治疗头易配备,可自行加长或折弯。

二、技术参数

- 1、电源电压:220V±10%
频率 50HZ
- 2、功率:约 100W
- 3、输出电压指示:5~15V
- 4、主载频率:2MHz
- 5、工作模式:长火、短火
- 6、操作方式:长短火切换,可气化、切割、凝固
- 7、单极治疗手柄:1支,各种治疗头:20支
- 8、体积:约 14cm×32cm×32cm
- 9、重量:约 3.5kg

2、医用光学放大镜技术参数

一,用途:利用 UVA 光源可以检测痤疮杆菌,癣菌,色素性疮变,痣,老年斑,咖啡斑,神经纤维瘤,血糖,结节性硬化等皮肤瘤,具有无癩无传染性,适合各个年龄段。

二,技术参数:

- 1,检测色素异常性疾病,如白癜风的辅助诊断以及疗效判断,确定黄褐斑分型等;
- 2,外形尺寸:约 132mm×64mm×26mm(长*宽*高);
- 3,峰值波长:约 370±5nm;
- 4,输入功率:约 20VA;
- 5,光源类型:环形 UVA 灯管
- 6,可视镜片直径:约 60mm

3、艾灸排烟系统技术参数

技术参数

(一) 排烟主机

1. 排烟风量≥2200m³/h,适用于同时为 2 个床位进行艾灸排烟。
2. 主机内部采用防油烟机芯,外壳由镀锌铁材质焊接制作而成。

3. 额定电压：220V；额定功率：约 0.55KW。
4. 噪音 \leq 50dB，转速 \geq 1250 转/分钟，具有多设档调速功能。
5. 具备过载保护、漏电保护等安全装置。

（二）升降系统

1. 升降电机外壳采用 \geq 1mm 厚镀锌铁壳焊接而成。
2. 电压：220V；功率：约 14w。
3. 承载重量 \geq 10 公斤。

（三）合金轨道

1. 采用铝合金材质，轨道长度约 1800mm，宽度约 20mm，高度约 25mm，厚度为 2mm。
2. 可手动操作使排烟罩子在轨道上前后随意移动并定位。

（四）遥控系统

1. 工作电压：220V；功率约 15w。
2. 具备遥控功能，遥控距离 \geq 5 米。

（五）专用烟罩

1. 采用 \geq 4mm 厚的透明亚克力环保材料制作，耐高温 \geq 200 度。
2. 烟罩尺寸长约 90cm、宽约 60cm、高约 18cm，中心孔直径 16cm。

（六）吸烟喉

1. 采用 ABS 环保材料一次注塑成型，规格长约 400mm、直径 200mm。
2. 内置调节阀，可调节风量大小。

（七）软管配置

1. 采用双层金属软管，由耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。
2. 软管长度约 2000mm，管口直径约 160mm，可来回伸缩。

4、沙疗床技术参数

1. 尺寸：约 2.2 \times 1.2 \times 0.6m
2. 功率：1800w \pm 200w
3. 重量：约 1.2 吨

4. 木材质：俄罗斯樟松木
5. 控制系统：智能温控系统（双温双控）
6. 加热系统：石墨烯远红外频谱加热板
7. 防火系统：阻燃保温合板
8. 加热板数量 ≥ 18 块
9. 具有漏电保护功能
10. 支持便捷式拆卸
11. 采用国标阻燃耐高温电路导线
12. 设备配套相关明细
- 12.1、俄罗斯樟松木床体 1 台
- 12.2、新疆矿物沙 2000 斤
- 12.3、医用级沙疗服 10 套
- 12.4、沙瓢勺 1 个
- 12.5、高端沙疗床罩 1 套
- 12.6、保温能量竹席 1 张
- 12.7、挖沙器 1 把
- 12.8、床体护角好 4 块
- 12.9、电源线 1 根
- 12.10、一次性内裤 60 条
- 12.11、扫沙刷 1 把

5、明火艾灸仪技术参数

- 1、电源要求：AC 220V \pm 22V，50Hz \pm 1Hz；
- 2、适用范围：通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用于疾病的预防与治疗
- 3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮；
- 4、液晶显示屏 ≥ 7 寸；
- 5、艾灸网筒：6 个；
- 6、点火棒采用陶瓷材质，功率约 135W；
- 7、自动点火，点击开始治疗，待燃烧室温度加热到 450 $^{\circ}$ C 左右，自动点燃灸材；
- 8、自动灸疗，灸材点火完成后自动关闭，可以开始施灸；
- 9、自动控时，灸材点燃后燃烧时间 ≤ 70 min，70min 后会自动降温到 100 $^{\circ}$ C 以下，停止运行进入待机状态；
- 10、自动控温，灸疗温度 $\leq 60^{\circ}$ C；
- 11、排风量： ≥ 5 m³/h，风量多档可调；
- 12、调节高度：可调节高度 0~300mm，误差 ± 10 mm；
- 13、调节角度：可调节角度为 0~180 $^{\circ}$ ；
- 14、噪声： ≤ 60 dB；
- 15、配备外置遥控器；
- 16、配备除烟装置，通过除烟装置将艾烟中的有害物质（如一氧化碳、挥发性有机化合物 VOCs 等）发生氧化还原反应，被转化为无害或低毒的物质，排出清洁气体，艾烟中的有害成分大大减少，同时保留了艾草的部分有效成分和香气；
- 17、包含嵌入式软件
- 18、质保期 ≥ 3 年

6、睡眠呼吸监测仪技术参数

- 1、设备监测参数 ≥ 14 项，包含呼吸气流、血氧、鼾声、体位、体动、胸腹运动等。
- 2、内置 $\geq 16G$ SD 存储卡，支持 USB 读取数据。
- 3、内置 $\geq 4000mAh$ 可充电锂电池。
- 4、 ≥ 2.8 寸彩色显示屏，显示心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。
- 5、显示屏有日期时间显示，无需在监测前录入病例信息，并有当次监测记录时长显示。
- 6、3D 陀螺仪技术采集胸腹运动情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动等参数。
- 7、主机一体化设计，血氧、呼吸等所有数据采集传感器直接与主机连接。
- 8、专业防呆口设计。
- 9、配置金属鲁尔接头。
- 10、主机具备 Type-C 四合一接口。
- 11、AI 智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，软件具备自动分析、手动分析功能。
- 12、报告样式可选择 PDF、Word、JPG 等不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版，支持报告模版自定义编辑修改。
- 13、可将记录数据导出为 EDF 格式文件，并可导出 Excel 事件统计表。
- 14、采样精度：24bit。
- 15、血氧饱和度采样频率：25Hz。
- 16、安全要求：
 - a. 应符合 GB9706.1-2020 标准要求。
 - b. 应符合 GB9706.226-2021 标准要求。
 - c. 应符合 YY 9706.261-2023 标准要求。
 - d. 电磁兼容性应符合 YY 9706.102-2021 标准的要求。
- 17、配备电脑、打印机 1 套

7、轮椅技术参数

- 1、总长约 100cm
- 2、总宽约 70cm
- 3、总高约 90cm
- 4、折叠宽度 $\leq 280mm$
- 5、靠背宽度约 425mm
- 6、座位深度约 425mm
- 7、座位宽度约 450mm
- 8、座位离地面高度约 500mm
- 9、前轮直径约 195mm（8 寸）
- 10、后轮直径约 595mm（24 寸）
- 11、载荷 $\geq 100kg$

8、辅助步行训练器技术参数

- 1、规格：约 905*780*800-1150 (mm)
- 2、面板尺寸：约 780*430*45mm
- 3、调节范围：800~1150mm
- 4、座椅尺寸：约 450*310*45mm
- 5、前后调节范围：0~380mm
- 6、上下调节范围：470~600mm
- 7、刹车把手调节范围：0-580mm
- 8、可治疗一人，带刹车设计
- 9、材质：不锈钢、抗菌耐磨皮革

9、电子座椅秤技术参数

- 1、人体工学设计座椅
- 2、25mm 字高液晶，白色 LED 背光；
- 3、单精密平衡压力传感器称重；
- 4、采用精密平衡梁式压力传感器；
- 5、具有重置、测量数值保留、自动关机、除皮等功能；
- 6、符合人体坐立姿势；
- 7、可旋转的扶手设计，扶手使用橡胶材料；
- 8、四个带刹车运输轮胎，具备轮子锁定功能；
- 9、可折叠调节的脚踏；
- 10、电源电压：输入：AC 100-240V 50/60Hz，输出：DC 12V/500m，
内置可充电电池：（7.2V/2000mAh）不带电池可直接插电使用

同孚
TONGFU

第五部分 合同部分

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：乌鲁木齐市水磨沟区人民医院

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价 (元) | 数量 | 金额(元) | 质保期 | 备注 |
|------|------|-----------|----|-------|-----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第二条：合同价格

- 1、货物总价为人民币（大写）：元整。
- 2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

- 1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。
- 2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。
- 3、支付方式须符合医院专项资金支付要求（最终付款方式以和甲方单位签订合同为准）。

第四条：交货、包装与验收

- 1、交货地点：乌鲁木齐市水磨沟区人民医院指定地点
- 2、交货时间：20 年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

- 1、投标文件。
- 2、中标通知书。
- 3、甲方出具的验货结算书。
- 4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

- 1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。
- 2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
- 3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
- 4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
- 5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。
- 6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
- 7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和乌鲁木齐市水磨沟区人民医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和乌鲁木齐市水磨沟区人民医院。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方乌鲁木齐市水磨沟区人民医院，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报乌鲁木齐市水磨沟区人民医院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向乌鲁木齐市水磨沟区人民医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交乌鲁木齐市水磨沟区人民医院备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

经办人：

经办人：

电话：

电话：

20 年月日

20 年月日

注：最终合同以实际签订为准。

第六部分 投标文件格式

(一) 报价要求响应文件

- 1 开标一览表（附件 1-1）
- 2 明细报价表（附件 1-2）



同孚
TONGFU

附件 1-1 开标一览表

招标项目名称：

投标单位名称：

项目编号：

| | |
|------------|-----------------|
| 标项序号、名称 | |
| 投标总报价 | 小写：¥ _____ 元 |
| | 大写：_____ |
| 供货期限 | 合同签订后_____个日历日内 |
| 项目联系人、联系方式 | |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。



附件 1-2 明细报价表

(标项一)

项目名称:

投标单位名称:

招标编号:

标项序号、名称:

| 序号 | 采购清单 产品名称 | 规格 及 型 号 | 单 位 | 数 量 | 综合单价 (元) | 总价 (元) | 品 牌 | 生 产 厂 家 | 产 地 | 注册 证产 品名 称 | 注册证 号 |
|--------------|--------------|-------------------|--------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|--------|---------------------|----------|
| 1 | 肺功能仪 | XX | 台 | 1 | | | XX | XX | XX | 产品 名称 | XXXXX |
| 投标总报价(小写)(元) | | | | | | | | | | | |
| 投标总报价(大写): | | | | | | | | | | | |
| 质保年限 | | | | | | | | | | | |

投标人代表签字或盖章:

日期:

注:

1. 本表中采购清单产品名称,不得增项、缺项、漏项。
2. 投标总报价应为各分项所投产品价格之和。
3. 上述产品报价包含一切由投标人承担的费用,保留小数点后两位。
4. 请投标人根据投标方案,在本表中详细写明所投产品型号规格、数量、综合单价、总价、品牌、产地及注册证信息。
5. 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的价格。设备合格证、操作手册,以及设备安装过程中使用的管线配件产品等设备安装使用必须的材料不另外报价,全部计入设备综合单价中。
6. 为保证采购人自动数据抓取的工作效率,要求投标文件的关于价格明细或分项报价的表格,需为 word 或者 Execl 形式的原始表格(比如在 word 中创建表格,再通过政采云平台转为 PDF 的投标文件),而不能是拍照或者扫描图片。

(标项二)

项目名称：

投标单位名称：

招标编号：

标项序号、名称：

| 序号 | 采购清单 产品名称 | 规格 及 型号 | 单 位 | 数 量 | 综合单价 (元) | 总价 (元) | 品 牌 | 生 产 厂 家 | 产 地 | 注册 证产 品名 称 | 注册证 号 |
|--------------|----------------------|---------------|--------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|--------|---------------------|----------|
| 1 | 牙科 X 射线机及影 像版扫描系统 | XX | 台 | 1 | | | XX | XX | XX | 产品 名称 | XXXXX |
| 2 | 动态血压、心电检 测仪(托 5) | XX | 套 | 1 | | | XX | XX | XX | 产品 名称 | XXXXX |
| 投标总报价(小写)(元) | | | | | | | | | | | |
| 投标总报价(大写)： | | | | | | | | | | | |
| 质保年限 | | | | | | | | | | | |

投标人代表签字或盖章：

日期：

注：

1. 本表中采购清单产品名称，不得增项、缺项、漏项。
2. 投标总报价应为各分项所投产品价格之和。
3. 上述产品报价包含一切由投标人承担的费用，保留小数点后两位。
4. 请投标人根据投标方案，在本表中详细写明所投产品型号规格、数量、综合单价、总价、品牌、产地及注册证信息。
5. 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的价格。设备合格证、操作手册，以及设备安装过程中使用的管线配件产品等设备安装使用必须的材料不另外报价，全部计入设备综合单价中。
6. 为保证采购人自动数据抓取的工作效率，要求投标文件的关于价格明细或分项报价的表格，需为 word 或者 Execl 形式的原始表格(比如在 word 中创建表格，再通过政采云平台转为 PDF 的投标文件)，而不能是拍照或者扫描图片。

(标项三)

项目名称:

投标单位名称:

招标编号:

标项序号、名称:

| 序号 | 采购清单 产品名称 | 规格 及 型号 | 单 位 | 数 量 | 综合单价 (元) | 总价 (元) | 品 牌 | 生 产 厂 家 | 产 地 | 注册 证产 品名 称 | 注册证 号 |
|----|------------------|---------------|--------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|--------|---------------------|----------|
| 1 | 多功能电离子手术治疗机 | XX | 台 | 1 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | XXXXX |
| 2 | 医用光学放大镜 (伍德灯) | XX | 台 | 1 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | |
| 3 | 艾灸排烟系统(1托 2) | XX | 套 | 2 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | |
| 4 | 沙疗床 | XX | 床 | 2 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | |
| 5 | 明火无烟艾灸仪 (单头) | XX | 台 | 2 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | |
| 6 | 多道睡眠检测仪 | XX | 台 | 3 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | |
| 7 | 轮椅 | XX | 台 | 3 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | |
| 8 | 助行器 | XX | 台 | 14 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | |
| 9 | 坐式体重计 | XX | 台 | 1 | | | XX | XX | XX | 产品名称 | |

| | |
|--------------|--|
| 投标总报价（小写）（元） | |
| 投标总报价（大写）： | |
| 质保年限 | |

投标人代表签字或盖章：

日期：

注：

1. 本表中采购清单产品名称，不得增项、缺项、漏项。
2. 投标总报价应为各分项所投产品价格之和。
3. 上述产品报价包含一切由投标人承担的费用，保留小数点后两位。
4. 请投标人根据投标方案，在本表中详细写明所投产品型号规格、数量、综合单价、总价、品牌、产地及注册证信息。
5. 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的价格。设备合格证、操作手册，以及设备安装过程中使用的管线配件产品等设备安装使用必须的材料不另外报价，全部计入设备综合单价中。
6. 为保证采购人自动数据抓取的工作效率，要求投标文件的关于价格明细或分项报价的表格，需为 word 或者 Execl 形式的原始表格（比如在 word 中创建表格，再通过政采云平台转为 PDF 的投标文件），而不能是拍照或者扫描图片。

同孚
TONGFU

（二）资格响应文件

1、资格文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、提供半年内任意一个月财务报表或上年度财务审计报告

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

三、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

提供依法缴纳税收证明（近半年内任意一月），当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料

四、提供社保缴纳证明

提供社保缴纳证明（近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明（由供应商根据项目需求提供说明材料）

六、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

七、其他特定资质

所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证文件）；所投产品不属于医疗器械的可不提供以上内容。

八、落实政府采购政策需满足的资格证明文件

（本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

1. 中小企业声明函（附件 2-1）
2. 监狱企业证明文件（附件 2-2）
3. 残疾人福利性单位声明函（附件 2-3）

注：1. 投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2. 招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

8、落实政府采购政策需满足的资格证明文件

附件 2-1 中小企业声明函

注：1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2、标的名称填写为采购清单（采购目录）中各项产品名称，供应商须全部填报，不得缺项、漏项。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述中小企业声明函或不属于中小微企业，则不具备投标资格。）

附件 2-2 监狱企业证明文件

（监狱企业适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 2-3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(三) 商务技术响应文件

1、商务技术响应文件封面

乌鲁木齐市水磨沟区人民医院医疗设备项目商务技术响应文件

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/标项：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇 年 月



2、商务技术响应文件组成

一、投标函（附件 3-1）

二、投标人代表身份证明

- 1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件 3-2-1）
- 2 法定代表人授权委托书(授权代表参加投标)（附件 3-2-2）
- 3 授权委托书(适用于自然人委托投标)（附件 3-2-3）

三、投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

四、反商业贿赂承诺书（附件 3-3）

五、商务条款偏离表（附件 3-4）

六、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

用该中小企业商号或者注册商标

- 1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件 3-5-1）
- 2 节能、环境标志产品证明材料（附件 3-5-2）
- 3 关于符合本国产品标准的声明函（附件 3-5-3）

七、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件 3-6）

八、近三年业绩表（附件 3-7）

九、产品简要说明一览表（附件 3-8）

十、产品注册证或备案证明（需在有效期内）

产品注册证或备案证明；生产厂家医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证。

十一、产品技术支持文件（包括但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十二、规格、技术参数偏离表（附件 3-9）

十三、售后服务承诺书（附件 3-10）

十四、服务方案（服务承诺详述、维修、培训及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十五、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十六、质量保证承诺书

十七、其他资料

1 设备零配件报价表/年维保费用报价表/易损件价格报价表/一次性耗材价格报价表

2 提供设备信息与 PACS、LIS 手麻系统、集成平台等系统的接口方案（不另行收费）

3 设备原代码及维修密码无条件开放的承诺

十八、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1. 投标人制作商务技术响应文件，应按照商务技术响应文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2. 招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。



同 孚
TONGFU

3、商务技术响应文件格式

附件 3-1 投标函

致：新疆同孚招投标有限公司：

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3. 已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7. 愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8. 我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10. 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11. 若我方中标，我方承诺领取中标通知书同时缴纳招标代理服务费。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮编：_____

电 话：_____ 传真：_____

投标人代表签字或盖章：_____

投标人名称：_____

TONGFU (单位公章)
20 年 月 日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件 3-2-1 法定代表人资格证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日



附件 3-2-2 法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（XJTF(GK)2026ZF43）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

授权代表签字或盖章：_____

单位名称：_____

授权日期：20____年____月____日

（单位公章）

20____年____月____日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

附件 3-2-3 授权委托书（适用于自然人委托投标）

致：_____（采购人或采购代理机构）

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加
_____（项目名称），项目编号为（XJTF(GK)2026ZF43）的投标活动，并代表本
人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：_____年_____月_____日



附件 3-3 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表签字或盖章：_____

法人授权代表签字或盖章：_____

日期：_____



附件 3-4 商务条款偏离表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
|-----|-------------|-----------|-----------|----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| ... | | | | |

投标人代表签字或盖章：_____

日期：20 年__月__日



附件 3-5-1 节能、环境标志产品优惠明细表 (若有, 请如实填写)

投标人名称(公章): _____ 招标编号: _____

标项序号、名称: _____

(1) 节能产品明细清单 报价货币种类 _____ 金额单位: 元

| 制造商 | 品 牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合计金额 |
|------|-----|-----------|-----------|----------------|-----|-----|-----|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计金额 | | | | | | | | |

(2) 环保产品明细清单 报价货币种类 _____ 金额单位: 元

| 制造商 | 品 牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合计金额 |
|------|-----|-----------|--------------|------------|-----|-----|-----|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计金额 | | | | | | | | |

注:

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的, 则不填写此表。

投标人(加盖公章): _____

法定代表人或其授权代表签字或盖章: _____

日期: _____年____月____日

附件 3-5-2 节能、环境标志产品证明材料

1. 节能产品：应在
中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn> ）
2. 环境标志产品：应在
中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn> ）
3. 属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。
4. 证明材料加盖投标人公章。



同孚
TONGFU

附件 3-5-3 关于符合本国产品标准的声明函

注：

1. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》三、对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 投标人提供符合本国标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到 80% 以上时，可不提供此声明函。

3. 未提供此声明函，则不享受相关政策的优惠。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（ / ） 的中国境内生产的组件成本占比 \geq （ / ） 3。（ / ） 的 （ / ） 4 在中国境内生产。（ / ） 的 （ / ） 5 在中国境内完成。

1. （产品名称 2） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（ / ） 的中国境内生产的组件成本占比 \geq （ / ） 3。（ / ） 的 （ / ） 4 在中国境内生产。（ / ） 的 （ / ） 5 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 《声明函》中标注“/”的地方无需填写。



同孚
TONGFU

附件 3-6 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、 项目负责人简历表

| | | | | | |
|----------|----------|----|-------|-------|----|
| 姓名 | | 年龄 | | 身份证号码 | |
| 毕业学校 | | | | 专业 | |
| 学位 | | 职称 | | 职务 | |
| 现所在机构或部门 | | | | 服务时间 | |
| 主要经历 | | | | | |
| 日期 | 参加过的项目名称 | | 担任何职务 | | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
|-----|----|----|----|----|---------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |

投标人名称（公章）：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：20 年__月__日

注：后附人员相关资格证书复印件。


附件 3-7 近三年业绩表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
|-----|------|-----|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ... | ... | ... | ... |

附相关证明材料。



同孚
TONGFU

附件 3-8 产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
|-----|------|-------------|------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| ... | | | | |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字或盖章：_____

日期：20__年__月__日



附件 3-9 规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

| 序号 | 招标文件采购 要求条目号 | 采购需求 | 投标响应内容 | 偏离 | 说明 | 备注 |
|-----|-----------------|------|--------|----|----|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字或盖章：_____

日期：20__年__月__日



附件 3-10 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：_____

二、所投产品质保期限：_____

三、质保期后，如维修是否收取材料费：_____

四、质保期后，如维修是否收取服务费：_____

五、服务响应及到达现场的时间：_____

投标人名称(公章)：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：20 年 月 日



标项一、评分标准 100%（以下得分保留小数点后 2 位）

技术商务部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 配置及性能指标 | 配置及性能指标（48分） | <p>1、供应商须对照第四部分《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，需提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码）</p> <p>2、根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：完全符合采购文件要求的得 48 分。负偏离在 8 条（含 8 条）每出现一条负偏离扣 6 分，超过 8 条本项不得分。</p> <p>注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，提供相关证明材料，如产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。</p> |
| 2 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务（3分） | <p>具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得 2 分（需提供证明材料）</p> <p>具备稳定的售后服务机构，并具备相应的资格证明，得 1 分（需提供证明材料）</p> |
| | | 质保年限响应时间（3分） | 在满足质保年限的基础上，每增加 1 年得 1 分，最高得 3 分。 |
| | | 配送及安装实施方案（6分） | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容扣 2 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 1 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容 2 分，扣完为止。 |
| 培训方案（4分） | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容扣 1 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容 1 分，扣完为止。 | | |

| | | | |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 经营业绩 | 经营业绩（5分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投标项的核心产品销售业绩：（附合同和中标（成交）通知书账复印件，每一份合同和中标（成交）通知书账加1分，直至满5分。 |
| 4 | 环保节能产品 | 环保节能产品（1分） | <p>供应商所提供的产品有政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。）</p> <p>注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。</p> |

经济部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
|----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低评审价作为评标基准价，满分为30分；价格分的计算 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 0.30 \times 100$ 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |



标项二、评分标准 100%（以下得分保留小数点后 2 位）

技术商务部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 配置及性能指标 | 配置及性能指标（48 分） | <p>1、供应商须对照第四部分《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，需提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码）</p> <p>2、根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：完全符合采购文件要求的得 48 分。对《采购需求》中带“▲”条款，每出现一条负偏离扣 8 分；核心产品的技术参数每出现一条负偏离扣 5 分，超过 5 条本项不得分。对于非核心产品的技术参数，每出现一条负偏离扣 5 分，超过 3 条本项不得分。</p> <p>注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，提供相关证明材料，如产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。</p> |
| 2 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务（3 分） | <p>具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得 2 分（需提供证明材料）</p> <p>具备稳定的售后服务机构，并具备相应的资格证明，得 1 分（需提供证明材料）</p> |
| | | 质保年限响应时间（3 分） | 在满足质保年限的基础上，每增加 1 年得 1 分，最高得 3 分。 |
| | | 配送及安装实施方案（6 分） | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容扣 2 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 1 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容 2 分，扣完为止。 |
| | 培训方案（4 分） | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容扣 1 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容 1 分，扣完为止。 | |

| | | | |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 经营业绩 | 经营业绩（5分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投标项的核心产品销售业绩：（附合同和中标（成交）通知书账复印件，每一份合同和中标（成交）通知书账加1分，直至满5分。 |
| 4 | 环保节能产品 | 环保节能产品（1分） | <p>供应商所提供的产品有政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。）</p> <p>注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。</p> |

经济部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
|----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低评审价作为评标基准价，满分为30分；价格分的计算 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 0.30 \times 100$ 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |



标项三、评分标准 100%（以下得分保留小数点后 2 位）

技术商务部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 配置及性能指标 | 配置及性能指标（48分） | <p>1、供应商须对照第四部分《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，需提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码）</p> <p>2、根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：完全符合采购文件要求的得 48 分。核心产品的技术参数每出现一条负偏离扣 4 分，超过 7 条本项不得分。对于非核心产品的技术参数，每出现一条负偏离扣 4 分，超过 5 条本项不得分。</p> <p>注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，提供相关证明材料，如产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。</p> |
| 2 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务（3分） | <p>具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得 2 分（需提供证明材料）</p> <p>具备稳定的售后服务机构，并具备相应的资格证明，得 1 分（需提供证明材料）</p> |
| | | 质保年限响应时间（3分） | 在满足质保年限的基础上，每增加 1 年得 1 分，最高得 3 分。 |
| | | 配送及安装实施方案（6分） | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容扣 2 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 1 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容 2 分，扣完为止。 |
| 培训方案（4分） | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容扣 1 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容 1 分，扣完为止。 | | |

| | | | |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 经营业绩 | 经营业绩（5分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投标项的核心产品销售业绩：（附合同和中标（成交）通知书账复印件，每一份合同和中标（成交）通知书账加1分，直至满5分。 |
| 4 | 环保节能产品 | 环保节能产品（1分） | <p>供应商所提供的产品有政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。）</p> <p>注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。</p> |

经济部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
|----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低评审价作为评标基准价，满分为30分；价格分的计算 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 0.30 \times 100$ 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

