

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王树娟
	职称: 副主任医师
	工作单位: 乌鲁木齐市肿瘤医院
项目信息	项目名称: 肾脏灌注转运箱-(输注循环管路套装)
	供应商名称: 新疆德润生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>本次拟采购的肾脏灌注转运箱输液循环管路套装是DCD工作中配套使用之耗材原控该箱是美国芝加哥芝加哥科技股份有限公司生产。目前国内暂无能够配套使用同类耗材。现美国芝加哥芝加哥科技股份有限公司授权新疆德润生物科技有限公司负责厂家同类产品在新疆之销售与推广同具有唯一性。根据政府采购法之相关规定。同意该项采购用单一来源方式从取得原制造商授权之供应商处采购。</p>
专业人员签字	<p>王树娟</p> <p>日期 2026年 4月 20 日</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苏宇	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 自治区药品监督管理局	
项目信息	项目名称: 肾脏灌注转运箱-(输注循环管路套装)	
	供应商名称: 新疆德润生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该项目由自治区药品监督管理局采购, 采购内容为肾脏灌注转运箱-(输注循环管路套装)及配套耗材, 经查阅相关资料, 该设备由美国 Organ Recovery Systems 公司生产, 该产品为肾脏灌注转运箱, 目前国内市场尚无同类产品, 且该产品为进口产品, 国内无可替代产品, 具有唯一性, 因此, 经论证, 该项目符合单一来源采购条件, 建议采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	苏宇	日期: 2026年4月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡琼
	职称: 副主任医师
	工作单位: 乌鲁木齐市肿瘤医院
项目信息	项目名称: 肾脏灌注转运箱-(输注循环管路套装)
	供应商名称: 新疆德润生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的“肾脏灌注转运箱(输注循环管路套装)项目, 该材料在临床上应用广泛, 且功能评价方法非常复杂, 可以体外降低肾脏的代谢毒素, 减少不良反应, 打通肾脏改善微循环, 该文为肾脏病学领域不可或缺的资料。由于知识产权和成本方面的限制, 其他品牌的产品均不能与该院使用的产品代使用。且目前只有美国 Organ Recovery Systems 公司生产的 Lifepoort 肾脏灌注转运箱获得国家 NMPA, 只被国家授权授权的“新疆德润生物科技有限公司”独家代理。根据《政府采购法》第三十一条, 74号令有关规定, 同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	胡琼, 日期 2021年 10月 20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源论证专家名单

专家类别	姓名	工作单位	职称	联系电话	备注
技术专家	王桂娟	乌鲁木齐市社会保险管理局	副主任医师	18999907331	
技术专家	郝华	新疆维吾尔自治区第三人民医院	主管技师	13369610388	
技术专家	胡琼	乌鲁木齐市中医医院	主任技师	13999180826	