

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年1月7日

使用单位	石河子大学第一附属医院
项目名称	一次性精子检测版单一来源采购
项目金额	8万元
专家论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">本采购工单所需产品具有特殊技术要求与 造配要求。其他产品的技术参数均不符合性 及兼容性要求。均无法满足实际要求。无成对设 备形成有效替代。生产厂家均能取可靠。不建 议使用其他替代的供应商。</p> <p style="font-size: 1.2em;">基于结果的准确性与可靠性、保障及供应保障 等多方面考虑。建议用单一来源方式进行采购。</p> <p style="font-size: 1.2em;">专家姓名：阿地力江·艾合买提 身份证号：653124198208114215 联系电话：13039443918 工作单位：新疆维吾尔自治区人民医院 职称：副主任医师</p>

备注：1、每个专家须对每种耗材分别填写论证意见，一种耗材一张表。

2、每位专家一张表

3、三个副高以上专家填写

单一来源采购专家论证意见表

时间：2016年 1月 7日

使用单位	石河子大学第一附属医院
项目名称	一次性精子检测版单一来源采购
项目金额	8万元
专家论证意见	<p style="text-indent: 2em;">鉴于该精子分析仪的设计特性决定其仅适配特定品牌的一次性精子计数板，且开放的第三方耗材接口，技术专利限制使得非原厂耗材无法确保精子计数板的准确性和样本安全性。若使用非适配计数板，可所引发数据偏差或污染风险，进而影响检测结果的权威性与临床适用性，负面影响显著。</p> <p style="text-indent: 2em;">为保障检测流程的可靠性和有效性，避免因耗材不兼容导致的实验失败或数据失效，建议采用单一来源方式采购与该设备严格匹配的-一次性精子计数板。</p> <p style="margin-top: 20px;">专家姓名：黄均健 身份证号：650526197205090016 联系电话：13689980168 工作单位：克拉玛依市人民医院 职称：主任医师</p>

- 备注：1、每个专家须对每种耗材分别填写论证意见，一种耗材一张表。
2、每位专家一张表
3、三个副高以上专家填写

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年1月7日

使用单位	石河子大学第一附属医院
项目名称	一次性精子检测版单一来源采购
项目金额	8万元
专家论证意见	<p>本项目拟采购的赛斯一次性精子检测板,是匹配采购人现有设备“赛斯全自动精液分析仪”所必需的专用配套耗材。确认该型号检测板具有专机专用的技术特性,其他品牌检测板具有无法兼容替代,以保证检测系统的完整性,检测结果的准确性与操作的安全性。鉴于采购项目在技术功能上的不可替代性与来源的唯一性,为保证与现有设备的一致性与配套要求,建议单一来源采购。</p> <p>专家姓名: 明敏 身份证号: 654121197102577X 联系电话: 13070470218 工作单位: 伊犁州妇幼保健院 职称: 副主任医师</p>

- 备注: 1、每个专家须对每种耗材分别填写论证意见,一种耗材一张表。
 2、每位专家一张表
 3、三个副高以上专家填写