

# 柳林县人民医院西门子 go.top64 排 CT 球管采购项目

## 单一来源论证专家名单

| 序号 | 姓名  | 工作单位       | 职称    | 联系电话        | 身份证号码              |
|----|-----|------------|-------|-------------|--------------------|
| 1  | 吴永强 | 山西省针灸医院    | 主任医师  | 15034009877 | 142401197008116217 |
| 2  | 张红  | 山西省肿瘤医院    | 主任医师  | 13994270993 | 140103196307152715 |
| 3  | 张岩  | 山西医科大学第二医院 | 副主任医师 | 13734016404 | 14010219730703061X |





单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |
|----------|--|
| 专业人员信息   | 姓名: 吴永红  |
|          | 职称: 主任医师   |
|          | 工作单位: 山西省针灸医院  |
| 项目信息     | 项目名称: 柳林县人民医院西门子 go.top64 排 CT 球管采购项目  |
|          | 供应商名称: 山西盈创科贸有限公司  |
| 专业人员论证意见 | <p>CT球管是CT机的核心部件,与整机发生旋转,探测器及机架系统的运动相匹配,具有独特的匹配性。如果球管与探测器及机架系统的匹配性不好,会导致图像模糊,伪影与分辨率下降,导致诊断不准确。本球管通过整机匹配性测试与注册认证,总装机作过设备安全综合运行,该项目CT球管为西门子X线技术(无锡)有限公司独立研发生产,山西盈创科贸有限公司为本项目唯一授权经销商,因此,本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定,符合单一来源方式采购。</p> |
| 专业人员签字   | <p>吴永红</p> <p>日期 2016年5月14日</p>  |

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 张锦  |               |
|          | 职称: 主任医师  |               |
|          | 工作单位: 山西省肿瘤医院   |               |
| 项目信息     | 项目名称: 柳林县人民医院西门子 go.top64 排 CT 球管采购项目   |               |
|          | 供应商名称: 山西盈创科贸有限公司   |               |
| 专业人员论证意见 | <p>                     该院拟采购的西门子CT球管是CT设备的核心部件, 其与整机匹配度高, 兼容性最强, 且使用寿命长, 稳定性高, 故障率低, 且原厂球管是CT设备唯一保障设备安全运行, 符合临床诊断要求。go.top64排CT球管为西门子X线真空技术(无锡)有限公司独家研发, 无其他生产厂家兼容产品, 市场无合适替代货源; 山西盈创科贸有限公司为本项目唯一授权供应商, 负责该型号球管的供货与售后, 可确保更换后设备性能达标, 系统质量稳定, 满足临床诊断要求。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款: “只能从唯一供应商处采购”之规定, 同意采用单一来源采购。                 </p> |               |
| 专业人员签字   | 张锦  | 日期 2026年5月14日 |

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名:                                      |                    |
|          | 职称:                                      |                    |
|          | 工作单位:                                   |                    |
| 项目信息     | 项目名称: 柳林县人民医院西门子 go.top64 排 CT 球管采购项目   |                    |
|          | 供应商名称: 山西盈创科贸有限公司   |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>地球管为 CT 球管核心影像部件, 生产球管拥有发明专利, 须与球管其核心部件匹配, 只能由其授权的唯一区域供应商山西盈创科贸有限公司提供, 符合招标文件要求, 满足《政府采购法》第三十一条规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p> |                    |
| 专业人员签字   |                                        | 日期 2026 年 5 月 14 日 |