

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 贺申	
	职称: 高工	
	工作单位: 新医大五附院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院东芝 80 排 CT 维保服务项目 (预算金额: 44 万元/年)	
	供应商名称: 佳能医疗系统 (中国) 有限公司	
专业人员 论证意见	<p>本项目拟为医院采购东芝 80 排 CT 维保服务项目。要求维保服务期提供的所有维修配件为原厂生产, 定时进行软件升级服务, 每年不少于 4 次定期保养, 定期性能检测, 图像质量控制。由于该设备知识产权保护和设计理念不同, 其他品牌配件无法替代, 进行维修保养程序的 key, 无厂家授权无法取得。依据院方提供的现有资料和市场调研情况, 根据《中华人民共和国政府采购法》第 31 条、财办字[2001]4 号文的相关规定, 同意采用单一来源方式从生产厂家处采购。</p>	
专业人员 签字	贺申	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 王凌冰	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 国际旅行卫生保健中心	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院东芝 80 排 CT 维保服务项目 (预算金额: 44 万元/年)	
	供应商名称: 佳能医疗系统 (中国) 有限公司	
专业人员 论证意见	<p>该项目拟采购的东芝 80 排 CT 维保服务项目为东芝 Aquilion PRIME TSX-302A CT (80 排) 的维修保养, 是独一无二的, 具有唯一性, 第三方无法替代, 所有维修所需的零配件和耗材, 备件均供应与原厂相匹配。为保证配件来源的稳定, 需购买东芝原厂维保服务。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员 签字	王凌冰	日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高工	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院东芝 80 排 CT 维保服务项目 (预算金额: 44 万元/年)	
	供应商名称: 佳能医疗系统 (中国) 有限公司	
专业人员 论证意见	<p>该院拟采购的东芝 80 排 CT 机维保服务项目, 在服务期间内 CT 机发生故障时必须更换原厂的硬件和软件升级, 而其他第三方的零部件均无法替代, 具有唯一性。佳能医疗系统 (中国) 有限公司是唯一的授权服务提供商。根据《政府采购法》第三十一条、74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 为保证服务质量和设备的完好性, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员 签字	王忠明	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日