

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张文峰
	职称: 工程师
	工作单位: 自治区人民医院
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(急诊干化检测试剂及耗材)
	供应商名称: 新疆颐泰医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>采购人拟购置急诊干化学检测试剂及耗材,该批试剂需适配医院现有VITROS 5600自动干式生化主机,该设备主要适用于医院急诊干化学检测,可快速出具检测结果,因该主机采取封闭试剂通道原理,无法适配开放试剂,只能配套主机专用试剂,根据中华人民共和国政府采购法相关规定,同意采取单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>张文峰</p> <p>日期:</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王树娟
	职称: 副主任医师
	工作单位: 退休
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(急诊干化检测试剂及耗材)
	供应商名称: 新疆颐泰医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该项目拟采购的急诊干化检测试剂及耗材是与医院原有设备配套使用的专用试剂耗材,需要使用原厂试剂才能确保原设备的正常运转及确保检测结果的精准性。该项目具有唯一性。根据政府采购令第31号及74号令的相关规定,同意该项目采用单一来源方式以新疆颐泰医疗科技有限公司采购。</p>
专业人员签字	<p>王树娟</p> <p>日期:</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李建	
	职称: 副技师	
	工作单位: 军区药品仪器检验所	
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(急诊干化检测试剂及耗材)	
	供应商名称: 新疆颐泰医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>医院临床检验中心现有进口奥林多 CVI PR 05 5600, 全自动生化免疫分析仪, 检测项目 2160 种, 测试速度 <math>\geq 900</math> T/h, 开展检测时, 需使用原厂配套试剂, 测定试剂查, 电解质查比液, 质控品, 底物液, 洗液, 试剂, 试剂等试剂耗材, 进口试剂同查试剂耗材不能在该机使用, 须使用原厂配套试剂耗材才能完成检测, 具有不可替代性, 因此, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十条 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》, 同意单一来源采购。</p>	
专业人员签字	李建	日期:

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。