

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |
|----------|--|
| 专业人员信息   | 姓名: 王树娟  |
|          | 职称: 副主任医师  |
|          | 工作单位: 退休   |
| 项目信息     | 项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(微生物试剂及耗材)  |
|          | 供应商名称: 新疆恩泽生物科技有限公司  |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该项目拟采购的微生物试剂是需要与医院现有设备配套使用的专用试剂耗材,因无现货保护等原因,目前暂无同类产品可以替代原厂试剂,同时为确保原设备的正常使用及检测结果的准确性,根据政府采购法第三十一条74号条的相关规定,同意该项目采用单一来源的方式从新疆恩泽生物科技有限公司采购。</p> |
| 专业人员签字   | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">王树娟</div> <div>日期:</div> </div>                       |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |
|----------|---|
| 专业人员信息   | 姓名: 李斌  |
|          | 职称: 副主任技师   |
|          | 工作单位: 军区疾病预防控制中心  |
| 项目信息     | 项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(微生物试剂及耗材)   |
|          | 供应商名称: 新疆恩泽生物科技有限公司   |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>医院临床中心亦有进口板状块(VITEK)全自动微生物鉴定及药敏分析系统;在开瓶细菌鉴定和药敏测试时,需使用打西渣,细菌鉴定卡,药敏卡,标本稀释液,厌氧产气袋等,可以快速完成微生物鉴定,全自动完成标本接种,卡片直接结果判读,其中品牌同类型试剂,测试卡无法在该机上使用,具有不可替代性,因此根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定,同意采用单一来源采购。</p> |
| 专业人员签字   | <p>李斌</p> <p>日期:</p>  |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 张文峰   |            |
|          | 职称: 工程师   |            |
|          | 工作单位: 自治区人民医院   |            |
| 项目信息     | 项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(微生物试剂及耗材)   |            |
|          | 供应商名称: 新疆恩泽生物科技有限公司   |            |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>采购人拟购置微生物试剂及耗材, 该批试剂需适配医院现有法国梅里埃 VITEK 2 全自动微生物药敏分析系统, 因该品牌主机采用封闭试剂通道原则, 无法使用开放试剂, 只能配套使用主机专用试剂, 根据中华人民共和国政府采购法相关规定, 同意采取单一来源方式采购</p> |            |
|          | 专业人员签字  | 张文峰<br>日期: |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。