

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王树娟	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 退休	
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(发光免疫组试剂及耗材)	
	供应商名称: 新疆同晟医疗器械有限责任公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该项目拟采购的发光免疫组试剂及耗材是与医院现有设备配套使用的试剂耗材,设备是原厂专用技术,需要配套使用原厂试剂耗材才能保证设备的正常运行及检测结果准确。</p> <p>鉴于以上原因,该项目具有唯一性。根据政府采购法第三十一条的相关规定,同意该项目采用单一来源方式向唯一供应商新疆同晟医疗器械有限公司采购。</p>	
专业人员签字	王树娟	日期:

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张峰</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>自治区人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(发光免疫组试剂及耗材)	
	供应商名称: 新疆同晟医疗器械有限责任公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p style="text-align: center;">专业人员拟购置临床中心化学发光免疫组试剂及耗材,该批试剂耗材需适配医院现有罗氏免疫发光系统,因不同生产企业技术保护等因素,罗氏品牌采用封闭试剂原则,通道不开放,无法使用通用试剂,只能适配罗氏相应试剂耗材,根据中华人民共和国政府采购法相关规定,同意采取单一来源方式采购</p>	
专业人员签字	<u>张峰</u>	日期:

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌	
	职称: 副工程师	
	工作单位: 新疆驱药品质仪器检测所	
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(发光免疫组试剂及耗材)	
	供应商名称: 新疆同晟医疗器械有限责任公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>医院临床检验中心现有进口罗氏发光检测系统,开展检测项目时需用原厂配套电化学发光试剂盒,样本稀释液,定标液,缓冲液,清洗液,质控品,校准品,分析板等试剂耗材,其中原厂电化学发光试剂耗材无法在已有设备上使用,只有使用原厂配套试剂耗材才能完成检测获取检测数据,具有不可替代性,因此根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购管理办法》相关规定,同意采用单一来源。</p>	
专业人员签字	李斌	日期:

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。