

# 情况说明

绍兴第二医院医共体总院联影品牌 CT 及磁共振保修项目（第二次）于 2026 年 5 月 12 日 09 点 30 分在绍兴市柯桥区卫生监督所 5 楼开标室进行开标，并确定西安维工科技有限责任公司为中标候选人。本项目在公示期间，收到供应商质疑，质疑中标候选人“西安维工科技有限责任公司”，虽然具备辐射安全许可证，但其许可种类和范围中仅包含“销售二类、三类射线装置”，并不包含“使用”，违反相关规定，无 CT 机球管使用、维修资格。

经核实，本项目招标文件特定资格要求为“投标供应商须具备《辐射安全许可证》”，且招标项目范围及要求中明确属于维保服务。向环保局相关部门核实，明确了“如维修中需要启动射线装置并产生电离辐射，从而对辐射工作人员、公众和环境带来潜在的辐射风险，则该维修应界定为“使用射线装置”，相关从业单位在维修活动中应当采取必要的辐射安全与防护措施以保障辐射安全，并依法申请领取辐射安全许可证，接受辐射安全监管”。维修本招标项目的 CT 需要通电、出射线、调试等流程来确定设备故障原因及经过维修是否恢复正常，本次招标内容还包含球管，更换球管必须进行出束调试。

中标单位西安维工科技有限责任公司提供的辐射安全许可证中许可种类和范围仅包含“销售 II 类、III 类射线装置（具体范围详见副本），不具备从事维保相关业务资格，取消西安维工科技有限责任公司中标资格。

故本项目作废标处理，采购单位重新组织招标。

