

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张文峰	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(凝血试剂及耗材)	
	供应商名称: 江苏苏美达医学科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p style="text-align: center;">采购人拟购凝血试剂及耗材</p> <p>该批试剂需适配医院现有希森美康 CS5100/CN6000/CN6500 全自动凝血分析仪, 因该品牌设备采取封闭试剂通道原则, 无法适配通用试剂, 只能使用专机专用配套试剂耗材。根据中华人民共和国政府采购法相关规定, 同意采取单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	张文峰	日期:

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王林娟
	职称: 副主任医师
	工作单位: 退休
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(凝血试剂及耗材)
	供应商名称: 江苏苏美达医学科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该项目拟采购的凝血试剂及耗材是需要与医院现有设备配套使用的专用试剂, 因原厂注册软件及操作平台知识产权等原因未开放试剂, 暂无替代产品, 为确保设备正常使用, 确保检测结果精准度, 根据医院采购办法第二十一条及《千金令》的相关规定, 同意该项目采用单一来源的方式从厂家指定唯一合格产品来源的江苏苏美达医学科技有限公司采购。</p>
专业人员签字	<p>王林娟</p> <p>日期:</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 苏州市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 临床检验中心进口试剂及耗材采购项目(凝血试剂及耗材)	
	供应商名称: 江苏苏美达医学科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>医院临床检验中心有凝血分析仪进口SYSIMX CS0100/CN600/CN6500开展凝血项目检测时需用到试剂试剂盒、气态铝溶质、校准品、质控品、标本稀释液等试剂耗材, 进口试剂耗材无法在该机上使用, 必须用原厂试剂耗材, 具有唯一性和不可替代性。现根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条 74号令《政府采购非招标采购办法》相关规定, 同意采购单一来源试剂。</p>	
专业人员签字	李斌	日期:

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。